

Serviciul de Ambulanta Judetean Gorj

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ GORJ		
REGISTRATURĂ		
Nr.	9413	
Anul	Luna	Ziua
2021	11	05

ANUNT - ACHIZITIE DIRECTA

statie de incarcare si calibrare baterii pentru defibrillator

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Serviciul de Ambulanta Judetean Gorj, cu sediul in municipiul Targu Jiu, jud. Gorj, str. Progresului, nr.18, tel. 0253210648, fax 0253210074, e-mail secretariat@ambulantagorj.ro, in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza **statie de incarcare si calibrare baterii pentru defibrilator** conform cerintelor caietului de sarcini.

Modalitatea de atribuire: Achizitie directa

Sursa de finantare: Bugetul Ministerului Sanatatii

Detalii anunt:

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare de produse

Denumirea achizitiei: achizitie statie de incarcare si calibrare baterii pentru defibrilator

COD CPV: 31158100-9 – Incarcatoare de baterii

Descrierea contractului: Achizitie statie de incarcare si calibrare baterii pentru defibrillator, conform cerintelor caietului de sarcini, disponibil pe site-ul Serviciului de Ambulanta Judetean Gorj: www.ambulantagorj.ro

Valoarea estimata totala fara TVA: 8.000 lei, TVA inclus

Conditii contract: Conform cerintelor caietului de sarcini.

Conditii de participare: Este obligatorie inregistrarea ofertei in catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta in catalogul electronic este nevoie ca ofertantii sa fie inregistrati in SICAP. Ofertele se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: secretariat@ambulantagorj.ro si in catalogul electronic.

Oferta va cuprinde:

- Scrisoare de inaintare
- Propunerea tehnica, care se va intocmi cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini;
- Propunerea financiara, care va contine valoarea totala a ofertei, exprimata in Lei, fara TVA

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termenul limita de primire a ofertelor: 10.11.2021, ora 16,00

Informatii suplimentare: Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic.

Documentatia este disponibila pe site-ul www.ambulantagorj.ro. Se vor completa toate formularele solicitate in documentatie.

Eventuale clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin fax: 0253210074 sau e-mail: secretariat@ambulantagorj.ro

Manager General,
Dr. Traian Claudiu Constantinescu



Director Economic,
Ec. Constantin Bodescu

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ GORJ
REGISTRATURĂ
Nr. 9381
Anul 2021 Luna 11 Ziua 04

04.11.2021
Se oprește
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ GORJ

CAIET DE SARCINI
pentru achiziție stație de încărcare și calibrare baterii pentru defibrilator

AUTORITATEA CONTRACTANTA – SERVICIUL DE AMBULANȚA JUDEȚEAN GORJ

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze o stație de încărcare și calibrare baterii pentru defibrilator

I. TIPUL ACHIZIȚIEI: achiziție directă

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Obiectul prezentului caiet de sarcini îl reprezintă achiziția unei stații de încărcare și calibrare baterii pentru defibrilator

COD CPV: 31158100-9 – Încarcătoare de baterii

III SPECIFICAȚII TEHNICE:

Stație de încărcare și calibrare baterii pentru defibrilator:

- Stație de încărcare și calibrare cu un singur port pentru baterie
- Necesară de putere 100-240 Vac, 50/60 Hz, 125 VA
- Consum de putere maxim 120 VA
- Tensiune de ieșire între 6 – 13,5 V DC
- Să îndeplinească standardul IEC 60601-1
- Temperatura de operare: 0-50 grade Celsius
- Temperatura de stocare și transport: -40 până la 70 grade Celsius
- Rezistentă la umiditate relativă, fără condens, cuprinsă între 5-95%
- Factor de protecție la particule de praf și apă IPX2
- Timp de încărcare maxim 5 ore la o temperatură de 25 grade Celsius
- Indicatoare pentru conectarea la sursa de curent alternativ, încărcarea bateriei, baterie complet încărcată, calibrare baterie și eroare
- Protocoale de încărcare: autotest, încărcare rapidă, test manual
- Certificat marcaj CE emis de un organism notificat sau declarația de conformitate a producătorului
- Asigurarea service-ului în garanție, cât și post garanție pe toată durata normală de utilizare a echipamentului, intervenția se va efectua în maxim 48 ore de la semnalarea defectiunii
- Garanție: minim 2 ani

Livrarea se va efectua de către furnizor la sediul autorității contractante fără costuri suplimentare în sarcina acestuia.

Stația se va recepționa de către comisia de recepție nominalizată de către achizitor. La livrare echipamentul trebuie însoțit de următoarele documente: factură fiscală în original; certificate de garanție, manualul de utilizare în limba română; certificat marcaj CE și/sau declarația de conformitate a producătorului.

V PLATA

Plata va fi efectuată la final pe baza facturii emise de prestator și vizată pentru "Bun de plată" dar numai după primirea și recepționarea produselor.

Plățile se vor efectua conform prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, art 6, alin 1 și alin 4.
Se vor plăti doar bunurile efectiv livrate și în perfectă stare de funcționare.

VI ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

Operatorii economici transmit oferta numai în format electronic prin e-mail la adresa secretariat@ambulantagorj.ro, termenul limită fiind 10.11.2021, ora 16,00.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă este 60 de zile, termen calculat având drept referință data limită de depunere a ofertelor.

Prestatorul își va asuma solicitările autorității contractante avându-se în vedere cerințele caietului de sarcini, precum și faptul că tariful rămâne ferm pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică prezentată asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale.

Se va respecta ordinea de prezentare a specificațiilor din propunerea tehnică cu cea din prezentul Caiet de sarcini, pentru a permite identificarea facilă a corespondenței acestora cu cerințele tehnice/dotări minimale solicitate.

VII SURSA DE FINANȚARE

Cheltuielile aferente achiziției vor fi suportate din fondurile alocate de către Ministerul Sănătății.

Bugetul estimat și efectuarea plăților:

Bugetul maxim estimat pentru achiziția stației de încărcare și calibrare baterii pentru defibrilator este în sumă de: 8.000 lei (TVA inclus).

Atribuirea contractului se va face operatorului economic la prețul oferit la prețul cel mai scăzut.

ALTE MENȚIUNI

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexă a contractului ce urmează a fi încheiat.

Toate cerințele privind caietul de sarcini și specificațiile tehnice sunt considerate minimale și obligatorii.

Livrarea produselor se va face cel târziu până la data de 15.12.2021, astfel încât să existe certitudinea plății facturii până la 31.12.2021.

Asistent-Sef,
As.Pr. Janina Moldoveanu

